

# 最も進歩した、口臭ガス測定システム

トータルガス・ディテクター・システム

# Refres<sup>TM</sup> HR

リフレス

呼気、口腔ガス、さらに鼻咽喉を  
区別して測れるのが特徴です。



#### 〈特長〉

1. 操作の手順をわかりやすくLCDで表示。
2. 口腔内ガスと呼気ガスを数値化します。
3. 高感度センサーを護るエア・クリーナ機能を内蔵。
4. 消耗品が少なく、ローコスト
5. コンパクト設計で、チェアサイドでの測定に最適です。

<http://refres.jp>

口臭の数値化は、正しい治療への橋渡し。

7割の患者様が「自分には口臭がある」と考える今、患者様の「思いこみ口臭」に客観的な数字で安心を与えます。

また実際に口臭がある方にはその自覚と原因を判断することによって口臭改善に大きな効果をあげます。

診療の一環として、新しい顧客満足を得るのにお役に立つ測定器です。

【お問い合わせは】株式会社アドニス電機 顧客サービス室へご連絡ください。 ☎072-893-3311

■企画・開発・製造・発売元 健康開発工房ミトレーベン研究所 / 株式会社アドニス電機

# 口臭を簡単に測定できます

「リフレス」は、マウスピースをくわえてわずか20秒という短時間で口臭が測定できる呼気・口臭測定器です。患者様への負担も少なく、マウスピースの方向を変えるだけで、口腔内ガスと呼気ガスを測れる画期的なシステム。口臭の診断、治療効果の確認が簡単に行え、客観的評価により患者様の口臭への正しい認識と治療への意欲が高まります。

| リフレス表示値 | 口臭の感じ方               |
|---------|----------------------|
| ～30     | 口臭を感じない              |
| ～50     | 口臭をかすかに感じる           |
| ～70     | いつも口臭を感じるようになる(治療対象) |
| ～90     | 明らかに口臭を感じる(治療対象)     |
| ～100    | つよく口臭を感じる(治療対象)      |
| 101～    | 測定範囲を超えています(治療対象)    |

## 【リフレス値※とその読み方】

測定値はリフレス特有のモノサシ、「リフレス値」で表します。リフレス値は、0～100段階表示で、臨床所見の「支援(サポート)情報」として活用できます。

### ■口腔リフレス値(OR値、Oral Refres Value)

口腔ケアの指標として有用です。正常OR値は30～40で、OR値が低いほど細菌数(活動度)が低く、口腔内が清浄であることを示します。これが高くなるとどこかに細菌増殖の要因が考えられ、口腔内ケアの必要が考えられます。

### ■呼気リフレス値(BR値、Breath Refres Value)

主に腸内細菌の活動度を示します。正常BR値(空腹時)は30～40ですが、これは飲食・喫煙後に大きく影響され高値を示します。一般にBR値は一日の変動が大きく、空腹時に低く食後2時間後から高くなるという「日内変動」があり、頃合いに変化するのが正常な消化管活動であると考えられています。しかし、BR値がいつも低いときは消化管活動が低下している(便秘?)、またいつもBR値が高い場合は呼気口臭に影響する場合があります。

※リフレス値とは、ウェーブ・フェフナー則に従ったセンサー出力を100等分したもので、独自に定義された値です。

## Refres<sup>TM</sup>HRの主な仕様

| 製品名    | トータルガス・ディテクター リフレスHR  | 型 式 | BAS-108 |
|--------|---|-----|---------|
| センサー   | 高感度半導体ガスセンサー  |     |         |
| ガス感度表示 | 0～100の数値表示(リフレス値)   |     |         |
| 使用条件   | 温度:0～40℃ 湿度:結露なきこと  |     |         |
| 電源     | AC100V 50/60Hz 5W(最大10W) 専用ACアダプター使用  |     |         |
| 外形寸法   | 260×118×42mm(突起部除く)   |     |         |
| 重量     | 約1Kg(本体のみ)  |     |         |
| 商品構成   | 本体(BAS-108) 標準付属品:ACアダプター(1個)、滅菌フィルター(3個)、マウスピース(呼気・口腔兼用5本)、プリンタ用紙(ロール紙2巻)、インクリボンカセット(1個)、取扱説明書(保証書付) |     |         |

●リフレスHRの機能・性能の向上のため、事前のお断りなしに仕様の変更をすることがあります。

### 《参考資料》

- ①清水順一ほか:耳鼻咽喉科領域における、においガス測定とその意義 特に、自臭症診療に有用なガス測定器について、口臭臭臨床研究会記録集 No.2、34-40、2008
- ②久保伸夫ほか:自臭症診療に有用な無臭ガス測定 アポロニア21、2008(9):76-79

### 《知的財産権》

- ①特許 第4046222号(口臭の測定方法及び装置)
  - ②特願2005-04617(口臭測定装置及び口臭測定方法)
- ※「Refres」及び「リフレス」は、株式会社アドニス電機の商標です。

Refres<sup>TM</sup>のわかり易い解説書および口臭測定に関する資料を用意しております。ご請求ください。

製品・技術に関するお問い合わせは

株式会社 アドニス電機

〒567-0017 大阪府交野市星田北1丁目38-15

顧客サービス室

☎072-893-3311

[FAX] 072-891-2840

販売に関するお問い合わせは

測定器の総合商社  
株式会社 佐藤商事  
SATO SHOUJI INC.

☎(044)738-0622

FAX 044-738-0623

www.ureruzo.com